

# 安徽合力股份有限公司

## 污水在线设备数据异常情况说明

2019年4月10日，COD在线数据异常日均值为438.17mg/L，其中4月9日20:00时在线值为961.2mg/L；4月10日0:00时在线值为1735.1mg/L；4月10日4:00时在线至为1741.8mg/L；4月10日18:00时在线值为1932.3mg/L。

经调查，污水总排口处污泥沉积、藻类滋生，导致监测设备采集水样中含有污泥和藻类，致使数据异常。我公司立即反馈至污水在线设备运维厂家安徽省碧水电子有限公司维修COD在线分析仪，更换设备内部九通阀，截止2019年4月11日上午11时许，在线设备正常运行。

我公司积极配合合肥市生态环境局经开区分局工作，4月11日上午10:30，第三方检测公司到污水总排口采集水样，其检测各项因子数据均达标（其中COD值为23.0mg/L，氨氮值为4.21mg/L，TP值为2.93mg/L）。4月11日11:10时，在线监测设备COD值为57.813mg/L，氨氮值为2.374mg/L，PH值为7.325。

鉴于上述情况，我公司高度重视，积极采取行动，从源头上消除，避免类似的事件再次发生。在溢流口、泵的取水口增加过滤装置，尽量减少杂物进入在线设备内部，并定期进行清理杂物；同时加强日常监管工作。

上述情况，特向社会公告，达到社会各界对我公司环保工作进行监督，希望社会各界对我公司环保工作提出意见和建议。

安徽合力股份有限公司

2019年4月15日

